BUREAUX DE CONTRÔLE, LABORATOIRES ET ATELIERS · MATÉRIEL PROFESSIONNEL

Appareil de mesure après un choc : noter les contrôles et préparer l’assurance

Vous dirigez un bureau de contrôle, un laboratoire d’essais ou un atelier, et un oscilloscope, un multimètre ou un autre instrument de précision est tombé ou a été heurté. Il peut redémarrer et donner des mesures fausses. Votre assurance matériel ou bris de machine prévoit-elle cet événement, la réparation et les contrôles ? Notez d’abord les faits.

Référence du dossier

Préparé par

Date AAAA-MM-JJ

Le jour du choc : identifier, décrire, mettre à l’écart

Appareil, numéro de série, accessoires, dernier certificat d’étalonnage
Ajoutez la version du logiciel interne et les sondes utilisées ce jour-là.

Date, lieu et déroulement connu
Qui a vu quoi ? Séparez « vu tomber » de « retrouvé abîmé ».

Traces visibles, symptômes, photos et témoins
Décrivez sans conclure : « coin enfoncé », « affichage instable ».

Mise à l’écart et consignes du fabricant suivies
Étiquette posée, lieu de rangement, personne prévenue.

Dernières mesures réalisées et travaux à revoir
Dernier contrôle satisfaisant, puis missions faites depuis.

Assureur ou courtier prévenu : date, référence, instructions
Cherchez dans le contrat le délai de déclaration et les accords à obtenir avant réparation.

À FAIRE : réunissez les faits, les photos et votre contrat d’assurance, puis contactez MENELAS (menelas.co/contact) avant de faire réparer, hors mesures de sécurité urgentes.

Information pédagogique, sans engagement de garantie. Cette fiche n’établit ni l’aptitude de l’appareil ni une prise en charge.

BUREAUX DE CONTRÔLE, LABORATOIRES ET ATELIERS · MATÉRIEL PROFESSIONNEL

Appareil de mesure après un choc : noter les contrôles et préparer l’assurance

Suite du dossier : ce que le réparateur a constaté sur l’oscilloscope, le multimètre ou l’autre instrument heurté, ce que coûtent l’intervention et l’appareil de secours, puis qui décide de le réutiliser. Le fait que l’appareil s’allume ne prouve pas qu’il mesure correctement. Gardez les deux pages sous la même référence.

Du diagnostic à la décision : contrôler, chiffrer, réutiliser ou non

Réparateur, diagnostic et cause : confirmée, probable ou inconnue
Reprenez les mots du rapport et sa date.

Opérations prescrites : réparation, ajustage, étalonnage, vérification
Demandez ce qui a été constaté, modifié, puis contrôlé.

Coûts par poste, délai annoncé et accord demandé à l’assureur
Diagnostic, transport, réparation, contrôle, location : une ligne chacun.

Appareil de secours : fonctions, précision, période et limites d’usage
Qui a confirmé qu’il convient à la mission ?

Document de contrôle reçu après l’intervention
Numéro, date, grandeurs contrôlées et restrictions écrites.

Décision : responsable, date, missions autorisées
La décision appartient à la personne compétente de votre entreprise.

☐ Reprise ☐ Reprise restreinte ☐ Maintenu à l’écart ☐ Décision en attente

Prochaine étape, responsable et échéance

À FAIRE : joignez le rapport, le devis détaillé et votre contrat à cette fiche, puis contactez MENELAS (menelas.co/contact) pour faire examiner les frais.

Information pédagogique, sans engagement de garantie. Cette fiche n’établit ni l’aptitude de l’appareil ni une prise en charge.